


ビックリくんV HWR-1000

No.4 真空対応 100kPa 圧力センサー取扱のご案内

No.4 真空対応 100kPa 圧力センサーは、主に排水管（空調用ドレンパイプ・塩ビ製排水管等のうち、ポンプアップしないもの）での満空試験に対応します

一般には、35kPa 実質 15 分間の検査を行います（SHASE 基準の例）

満空試験の場合、検査圧力が比較的小さいので、圧力のかけすぎに注意してください
センサー耐圧には上限が、1.0MPa 程度となっておりますが、測定できる 100kPa を超えた圧力をかけた場合、測定精度が落ちてしまう事例がありますので過大圧力には十分にご注意ください



検査器本体の使い方、帳票作成ソフトの詳細等、ご不明な点がございましたら、(株)ハジメ開発部まで、お問い合わせください 電話 03-3927-0111 hai@kkhajime.com